



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE24.1399X

产品名称

Name of Product

便携式气体检测仪

型号及规格

Type of Product

ALTAIR 4XR

防爆标志

Marking

Ex ia IIC T3 Ga, Ex da ia IIC T3 Ga

技术文件

Technical Documents

/

图号

Drawing No.

SK3098-1360 (2 OF 16)

备注

Note(s)

1. 产品仅用 Inventus IP583548 3.8V 1435mAh 锂聚合物可充电电池。
请勿在危险场所充电, 充电参数为: $U_m=6.7V$, $I_m=1.7A$ 。
2. 产品使用环境温度: $-40^{\circ}C \leq T_a \leq +60^{\circ}C$ 。
3. 未安装 XCell 可燃气体传感器, 防爆标志: Ex ia IIC T3 Ga;
安装 XCell 可燃气体传感器, 防爆标志: Ex da ia IIC T3 Ga。
4. 制造商: MSA-The Safety Company
5. 制造商地址: 1000 Cranberry Woods Dr, Cranberry Township, PA 16066-5296, United States of America

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

GB/T3836.4-2021

发给: 梅思安(中国)安全设备有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2029-03-29

Date of Expire:

发证日期: 2024-03-29

Date of Issue:

印章

Seal



主任
Director

王勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No 85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116